

附件 1 2018 年职业卫生检测实验室比对结果统计表

代 码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果均值 (%)	Z 比分数	结果 评定
1	河南天泰工程技术有限公司	B	74.3	1.47	满意	A	22.4	1.77	满意	A	9.75	2.28	可疑
2	江苏蓝天安全科技有限公司	B	65.0	-1.18	满意	A	40.6	17.12	不满意	B	8.40	-4.23	不满意
3	无锡国通环境检测技术有限公司	C	83.3	0.25	满意	C	61.4	-1.10	满意	/	/	/	/
4	淄博圆通环境检测有限公司	A	51.8	3.71	不满意	C	67.0	-0.02	满意	A	3.78	-0.55	满意
5	青岛新纪元检测评价有限公司	C	104	3.92	不满意	C	65.0	-0.41	满意	B	19.87	0.43	满意
6	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程 研究院检测检验中心	A	39.7	-0.23	满意	A	20.6	0.25	满意	B	12.58	-2.53	可疑
7	杭州市职业病防治院	/	/	/	/	A	21.1	0.67	满意	C	38.02	-0.23	满意
8	深圳市瑞达检测技术有限公司	B	73.7	1.30	满意	A	19.5	-0.67	满意	B	未反馈	/	/
9	四川省疾病预防控制中心	B	63.1	-1.73	满意	C	81.0	2.69	可疑	B(D)*	60.58	0.43	满意
10	福建拓普检测技术有限公司	B	70.0	0.24	满意	C	68.0	0.17	满意	C	41.50	0.95	满意
11	泉州市安科职业卫生技术服务有限公司	B	59.9	-2.64	可疑	C	55.8	-2.19	可疑	B	22.35	1.44	满意
12	中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限 公司	B	70.0	0.24	满意	A	20.3	0.00	满意	C	38.68	-0.01	满意
13	北京市化工职业病防治院	B	65.0	-1.18	满意	B	47.4	-0.53	满意	B	20.74	0.79	满意
14	安徽省疾病预防控制中心	B	74.8	1.61	满意	B	54.1	1.57	满意	B	21.28	1.01	满意
15	世纪万安科技（北京）有限公司	C	81.1	-0.14	满意	A	82.9	52.78	不满意	A	2.19	-1.30	满意
16	中国平煤神马集团职业病防治院	B	68.7	-0.13	满意	B	38.3	-3.39	不满意	A	2.43	-1.19	满意
17	浙江安联检测技术服务有限公司	A	37.9	-0.81	满意	A	19.4	-0.76	满意	B	19.68	0.36	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
18	天津海韵环境监测有限公司	A	39.8	-0.20	满意	C	65.0	-0.41	满意	B	19.49	0.28	满意
19	天津市津南区疾病预防控制中心	B	未反馈	/	/	A	34.6	12.06	不满意	C	46.47	2.64	可疑
20	浙江天为企业评价咨询有限公司	C	72.4	-1.69	满意	C	74.8	1.49	满意	C	未反馈	/	/
21	四川鸿进达卫生技术服务有限公司	B	70.2	0.30	满意	C	69.2	0.41	满意	A	7.19	1.07	满意
22	天津市利维特安全技术咨询有限公司	C	85.6	0.66	满意	B	51.0	0.60	满意	B	19.10	0.12	满意
23	新疆玖安职业卫生评价检测中心（有限公司）	C	83.9	0.35	满意	B	49.7	0.19	满意	B	21.67	1.17	满意
24	杭州人安检测科技有限公司	C	81.2	-0.12	满意	C	63.5	-0.70	满意	C	19.36	-6.58	不满意
25	吉林省职业病防治院	B	69.7	0.16	满意	A	23.0	2.28	可疑	C	36.42	-0.78	满意
26	长春美吉环境检测有限公司	C	72.1	-1.74	满意	A	20.0	-0.25	满意	C	37.59	-0.38	满意
27	深圳市中圳检测技术有限公司	A	45.1	1.53	满意	B	49.2	0.03	满意	B	21.79	1.22	满意
28	新疆国安职业环境检测评价有限公司	B	69.2	0.01	满意	C	66.2	-0.17	满意	B	17.12	-0.68	满意
29	红河鑫和职业卫生检测评价有限公司	/	/	/	/	B	49.8	0.22	满意	C	38.14	-0.19	满意
30	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心	B	67.5	-0.47	满意	A	20.4	0.08	满意	B	19.82	0.41	满意
31	江苏通标环保科技发展有限公司	C	61.3	-3.66	不满意	B	46.9	-0.69	满意	C	36.18	-0.86	满意
32	四川泰安生科技咨询有限公司	C	77.3	-0.82	满意	A	19.6	-0.59	满意	A	6.31	0.65	满意
33	广东利诚检测技术有限公司	C	86.3	0.78	满意	A	20.3	0.00	满意	B	22.50	1.50	满意
34	衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司	C	86.0	0.73	满意	B	42.5	-2.07	可疑	A	4.68	-0.12	满意
35	湖北吉祥安全技术服务有限公司	C	84.7	0.50	满意	A	20.9	0.51	满意	A	3.47	-0.70	满意
36	福建中检康泰检测技术有限公司	B	72.0	0.81	满意	C	71.5	0.85	满意	C	39.66	0.32	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
37	襄阳市职业病防治院	A	38.8	-0.52	满意	C	79.7	2.44	可疑	C	33.20	-1.87	满意
38	贵州博联检测技术股份有限公司	/	/	/	/	A	19.8	-0.42	满意	B	15.70	-1.26	满意
39	四川省国环环境工程咨询有限公司	B	72.6	0.98	满意	A	20.2	-0.08	满意	A	3.18	-0.83	满意
40	西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所	B	75.4	1.78	满意	A	22.4	1.77	满意	C	41.38	0.91	满意
41	天津市西青区疾病预防控制中心	C	84.6	0.48	满意	A	19.6	-0.59	满意	C	37.80	-0.31	满意
42	甘肃正元安全技术服务有限公司	/	/	/	/	B	79.8	9.63	不满意	A	2.56	-1.13	满意
43	广州雅皓检测科技有限公司	A	54.1	4.45	不满意	C	68.6	0.29	满意	B	18.77	-0.01	满意
44	哈尔滨绿怡工程评价与检测有限责任公司	A	6.95	-10.87	不满意	C	54.4	-2.46	可疑	A	5.12	0.09	满意
45	安徽省化工产品质量监督检验站	B	75.8	1.90	满意	B	30.5	-5.84	不满意	B	18.33	-0.19	满意
46	浙江建安检测研究院有限公司	B	66.0	-0.90	满意	B	49.0	-0.03	满意	A	4.00	-0.45	满意
47	天津市蓟州区疾病预防控制中心	A	43.0	0.85	满意	B	48.8	-0.09	满意	A	6.18	0.59	满意
48	湖北森达康职业卫生技术服务有限公司	C	81.1	-0.14	满意	A	仪器故障,未反馈	/	/	A	2.99	-0.92	满意
49	南通化学环境监测站有限公司	B	69.5	0.10	满意	A	21.3	0.84	满意	B	20.55	0.71	满意
50	四川省安全生产检测检验中心	C	83.4	0.27	满意	B	44.2	-1.54	满意	C	40.38	0.57	满意
51	福建省环安检测评价有限公司	C	86.8	0.87	满意	A	30.0	8.18	不满意	B	27.53	3.55	不满意
52	四川众望安全环保技术咨询有限公司	B	65.3	-1.10	满意	A	24.7	3.71	不满意	C	37.99	-0.24	满意
53	广东安评检测中心有限公司	A	39.0	-0.46	满意	A	22.8	2.11	可疑	B	21.63	1.15	满意
54	四川铸创安全科技有限公司	A	44.4	1.30	满意	C	66.3	-0.15	满意	C	39.98	0.43	满意
55	天津理化安科评价检测科技有限公司	C	81.0	-0.16	满意	B	57.8	2.73	可疑	A	4.63	-0.15	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
56	内蒙古天安职业健康技术服务有限公司	/	/	/	/	C	62.8	-0.83	满意	/	/	/	/
57	天津国纳产品检测技术服务有限公司	C	75.5	-1.14	满意	A	20.0	-0.25	满意	C	43.54	1.64	满意
58	内蒙古安邦安全科技有限公司	B	68.0	-0.33	满意	A	21.9	1.35	满意	A	3.12	-0.86	满意
59	广州市职业病防治院	B	70.8	0.47	满意	C	62.0	-0.99	满意	B	18.01	-0.32	满意
60	天津市河东区疾病预防控制中心	C	88.6	1.19	满意	C	67.2	0.02	满意	A	6.21	0.60	满意
61	北京云帆沧海安全防范技术有限公司	C	91.3	1.67	满意	C	65.2	-0.37	满意	B	20.17	0.56	满意
62	天津市疾病预防控制中心	B	70.5	0.39	满意	C	63.4	-0.72	满意	A	5.19	0.12	满意
63	广西壮族自治区工程技术研究院	C	未反馈	/	/	B	未反馈	/	/	C	未反馈	/	/
64	福建省安全生产科学研究院	A	41.0	0.20	满意	B	48.1	-0.31	满意	B	16.14	-1.08	满意
65	广东省职业病防治院（广东省职业卫生检测中心）	A	42.9	0.81	满意	B	49.8	0.22	满意	C	39.44	0.25	满意
66	湛江市南海西部石油职业卫生技术服务有限公司	A	127	28.15	不满意	A	21.0	0.59	满意	B	20.84	0.83	满意
67	东台市疾病预防控制中心	/	/	/	/	B	57.0	2.48	可疑	/	/	/	/
68	江苏省疾病预防控制中心	A	40.2	-0.07	满意	B	50.8	0.53	满意	A	3.75	-0.56	满意
69	天津市安泰安全卫生评价监测有限公司	C	67.4	-2.57	可疑	C	62.5	-0.89	满意	A	5.03	0.04	满意
70	天津市鸿达世纪安全卫生评价监测有限公司	B	66.2	-0.84	满意	C	65.2	-0.37	满意	C	35.05	-1.24	满意
71	国泰安全技术服务（青岛）有限公司	B	69.1	-0.01	满意	A	21.4	0.93	满意	B	17.77	-0.42	满意
72	河北华清环境科技股份有限公司	A	42.1	0.55	满意	B	51.6	0.78	满意	C	36.30	-0.82	满意
73	天津滨世海通环境检测评价服务有限公司	C	79.4	-0.44	满意	B	49.6	0.16	满意	B	57.38	15.68	不满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
74	广西中兴检业科技开发有限公司	C	未反馈	/	/	A	未反馈	/	/	A	4.50	-0.21	满意
75	广东中健检测技术有限公司	A	38.0	-0.78	满意	C	55.3	-2.28	可疑	C	38.57	-0.05	满意
76	陕西立方环保科技服务有限公司	C	83.9	0.35	满意	B	48.3	-0.25	满意	C	37.12	-0.54	满意
77	惠州市职业病防治院	C	77.2	-0.83	满意	C	67.2	0.02	满意	/	/	/	/
78	重庆市职业病防治院	B	63.8	-1.53	满意	A	21.3	0.84	满意	B	17.59	-0.49	满意
79	新疆维吾尔自治区职业病防治院	B	67.6	-0.44	满意	C	66.3	-0.15	满意	A	2.93	-0.95	满意
80	重庆市疾病预防控制中心	C	83.7	0.32	满意	A	20.1	-0.17	满意	C	40.29	0.54	满意
81	广州职安健安全科技有限公司	A	40.1	-0.10	满意	C	70.3	0.62	满意	C	37.53	-0.40	满意
82	深圳市虹彩检测技术有限公司	A	46.9	2.11	可疑	C	68.3	0.23	满意	/	/	/	/
83	太原市疾控预防控制中心	/	/	/	/	B	47.1	-0.63	满意	A	6.38	0.68	满意
84	陕西中润检测有限公司	C	118	6.41	不满意	C	71.8	0.91	满意	A	5.26	0.15	满意
85	乌鲁木齐市疾控预防控制中心	/	/	/	/	A	22.1	1.52	满意	C	17.49	-7.22	不满意
86	苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司	B	66.1	-0.87	满意	A	18.2	-1.77	满意	C	42.58	1.32	满意
87	武汉市职业病防治院	B	71.0	0.53	满意	A	19.8	-0.42	满意	A	3.56	-0.65	满意
88	福建共益安全环保科技有限公司	C	84.8	0.51	满意	A	20.1	-0.17	满意	B	4.56	-5.79	不满意
89	无锡诺信安全科技有限公司江阴分公司	A	40.6	0.07	满意	B	49.1	0.00	满意	C	39.13	0.14	满意
90	深圳市职业病防治院	C	85.8	0.69	满意	A	20.5	0.17	满意	C	35.56	-1.07	满意
91	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	B	67.9	-0.36	满意	C	64.6	-0.48	满意	C	40.01	0.44	满意
92	河南省职业病防治研究院	A	39.4	-0.33	满意	C	64.8	-0.44	满意	A	3.67	-0.60	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
93	兵器工业卫生研究所职业卫生技术服务中心	C	76.7	-0.92	满意	B	59.8	3.36	不满意	B	17.33	-0.60	满意
94	内蒙古工大华远工程技术有限公司	A	44.1	1.20	满意	B	40.7	-2.64	可疑	A	4.27	-0.32	满意
95	常州宏祥职业卫生检测技术有限公司	C	75.6	-1.12	满意	B	45.9	-1.00	满意	/	/	/	/
96	广东华晟安全职业评价有限公司	C	79.7	-0.39	满意	A	19.5	-0.67	满意	B	14.76	-1.64	满意
97	江西江源职安科技有限公司	B	70.8	0.47	满意	C	65.1	-0.39	满意	A	6.01	0.51	满意
98	华东石油局职业病防治所	C	86.1	0.75	满意	A	21.0	0.59	满意	C	未反馈	/	/
99	无锡市恒信安全技术服务有限公司	A	42.0	0.52	满意	A	22.0	1.43	满意	A	6.94	0.95	满意
100	湖北省疾病预防控制中心	/	/	/	/	A	21.4	0.93	满意	/	/	/	/
101	深圳市宝安区疾病预防控制中心	A	40.4	0.00	满意	/	/	/	/	/	/	/	/
102	天津永安职业健康检测评价有限公司	B	70.8	0.47	满意	A	14.1	-5.23	不满意	C	27.52	-3.81	不满意
103	亳州市节能监测与技术服务中心有限公司	A	43.7	1.07	满意	A	20.1	-0.17	满意	A	3.27	-0.79	满意
104	天津市昊安安全卫生评价监测有限公司	C	94.4	2.22	可疑	B	44.1	-1.57	满意	A	6.17	0.58	满意
105	天津世纪广源评价监测股份有限公司	A	28.1	-4.00	不满意	A	17.2	-2.61	可疑	B	18.80	0.00	满意
106	山西煤矿设备安全技术检测中心	/	/	/	/	A	20.6	0.25	满意	B	19.30	0.20	满意
107	重庆山楂树科技有限公司	B	65.4	-1.07	满意	B	49.4	0.09	满意	B	17.68	-0.46	满意
108	北京中瑞环泰科技有公司	C	80.3	-0.28	满意	B	49.5	0.13	满意	C	42.77	1.38	满意
109	宣城华信职业卫生技术服务有限公司	C	77.8	-0.73	满意	A	21.6	1.10	满意	B	17.43	-0.56	满意
110	吉林省吉贺职业卫生检测评价有限公司	A	36.4	-1.30	满意	B	49.4	0.09	满意	B	18.15	-0.26	满意
111	天津市东丽区疾病预防控制中心	B	61.2	-2.27	可疑	C	69.2	0.41	满意	B	17.45	-0.55	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
112	赤壁市疾病预防控制中心	/	/	/	/	/	/	/	/	A	8.70	1.78	满意
113	天津市宝坻区疾病预防控制中心	C	87.7	1.03	满意	A	21.6	1.10	满意	A	6.45	0.72	满意
114	天津市北辰区疾病预防控制中心	C	82.1	0.04	满意	C	63.8	-0.64	满意	A	6.11	0.55	满意
115	福建省职业病与化学中毒预防控制中心	A	42.0	0.52	满意	B	49.5	0.13	满意	B	17.19	-0.65	满意
116	新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院	C	82.8	0.16	满意	A	18.5	-1.52	满意	B	24.39	2.27	可疑
117	安徽省职业病防治院	C	85.9	0.71	满意	C	70.5	0.66	满意	A	6.79	0.88	满意
118	天津凯利尔环境检测服务有限公司	B	69.2	0.01	满意	B	61.8	3.98	不满意	B	18.87	0.03	满意
119	山东泰山安评环境检测有限公司	B	70.7	0.44	满意	A	20.0	-0.25	满意	C	39.21	0.17	满意
120	奥来国信（北京）检测技术有限责任公司	/	/	/	/	C	69.0	0.37	满意	B	17.17	-0.66	满意
121	青海省疾病预防控制中心	A	45.8	1.76	满意	B	50.7	0.50	满意	A	6.16	0.58	满意
122	天津市武清区疾病预防控制中心	C	83.8	0.34	满意	B	79.0	9.38	不满意	C	32.21	-2.21	可疑
123	天津市和平区疾病预防控制中心	B	71.4	0.64	满意	C	34.4	-6.32	不满意	C	52.63	4.73	不满意
124	无锡诺信安全科技有限公司	B	61.2	-2.27	可疑	A	20.3	0.00	满意	C	35.86	-0.97	满意
125	贵州安康健科技有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	A	3.14	-0.85	满意
126	苏州市百信环境检测工程技术有限公司	B	70.7	0.44	满意	B	49.5	0.13	满意	/	/	/	/
127	谱尼测试集团股份有限公司	A	40.7	0.10	满意	C	73.0	1.14	满意	A	4.64	-0.14	满意
128	金华科海检测有限公司	C	79.3	-0.46	满意	B	49.3	0.06	满意	C	38.73	0.01	满意
129	内蒙古安逸检测评价有限公司	C	未反馈	/	/	B	未反馈	/	/	B	未反馈	/	/
130	山东省职业卫生与职业病防治研究院	A	36.1	-1.40	满意	A	19.9	-0.34	满意	A	6.73	0.85	满意
131	北京安华鼎仕检测技术服务中心	B	59.0	-2.90	可疑	C	68.6	0.29	满意	B	21.72	1.19	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
132	黄冈安达安全技术咨询服务有限公司	C	5.66	-13.53	不满意	B	49.2	0.03	满意	B	90.02	28.95	不满意
133	安徽省安全生产科学研究院	C	76.1	-1.03	满意	C	58.2	-1.72	满意	B	15.38	-1.39	满意
134	湖北衡安注安师事务有限公司	C	74.6	-1.30	满意	C	74.0	1.33	满意	C	36.68	-0.69	满意
135	广西壮族自治区化工研究院	B	65.1	-1.16	满意	B	51.8	0.85	满意	C	16.62	-7.51	不满意
136	淄博市疾病预防控制中心	B	70.0	0.24	满意	C	71.5	0.85	满意	C	39.82	0.38	满意
137	海洋石油疾病预防控制中心	C	82.2	0.05	满意	C	72.8	1.10	满意	B	18.19	-0.25	满意
138	平顶山市职业病防治所	B	68.7	-0.13	满意	B	44.3	-1.51	满意	B	17.56	-0.50	满意
139	浙江杭康检测技术有限公司	A	41.8	0.46	满意	B	49.6	0.16	满意	B	20.50	0.69	满意
140	广东安标检测科技有限公司	A	37.7	-0.88	满意	C	68.8	0.33	满意	B	18.42	-0.15	满意
141	天津市国忠安全卫生评价监测有限公司	B	66.5	-0.76	满意	B	41.0	-2.54	可疑	A	5.34	0.19	满意
142	广东正明检测技术有限公司	A	38.7	-0.55	满意	B	46.1	-0.94	满意	/	/	/	/
143	无锡市锡惠职业卫生技术咨询有限公司	A	43.5	1.01	满意	A	20.2	-0.08	满意	B	20.22	0.58	满意
144	苏州大学卫生与环境技术研究所	B	70.9	0.50	满意	A	17.9	-2.02	可疑	/	/	/	/
145	江苏中泰检测检验有限公司	B	67.0	-0.61	满意	C	65.8	-0.25	满意	B	18.66	-0.06	满意
146	青岛环湾检测评价股份有限公司	A	40.3	-0.03	满意	C	66.1	-0.19	满意	A	4.85	-0.04	满意
147	四川科特检测技术有限公司	B	68.6	-0.16	满意	B	54.5	1.69	满意	B	25.85	2.87	可疑
148	吉林省广信工程技术咨询有限公司	A	38.4	-0.65	满意	A	20.0	-0.25	满意	C	43.21	1.53	满意
149	上海市化工职业病防治院（上海市职业安全健康研究院）	C	85.7	0.67	满意	C	63.6	-0.68	满意	C	38.20	-0.17	满意
150	江苏中安科技服务有限公司	A	43.7	1.07	满意	A	20.1	-0.17	满意	B	19.49	0.28	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
151	天津市滨海新区疾病预防控制中心	C	70.8	-1.97	满意	A	19.8	-0.42	满意	B	21.86	1.24	满意
152	广东金兴发检测评价咨询有限公司	/	/	/	/	C	63.0	-0.79	满意	C	35.06	-1.24	满意
153	山东瑞康安全评价有限公司	B	66.7	-0.70	满意	A	18.5	-1.52	满意	B	20.55	0.71	满意
154	郑州谱尼职业卫生技术服务有限公司	B	68.3	-0.24	满意	A	20.8	0.42	满意	C	30.30	-2.86	可疑
155	湖北安源安全环保科技有限公司	C	83.7	0.32	满意	B	50.8	0.53	满意	A	8.79	1.82	满意
156	福建省职科卫生技术检测评价有限公司	A	未反馈	/	/	C	未反馈	/	/	B	未反馈	/	/
157	天津合泰安全卫生评价监测有限公司	C	80.0	-0.34	满意	C	63.1	-0.77	满意	A	6.41	0.70	满意
158	江苏泰洁智邦检测技术有限公司	B	68.6	-0.16	满意	B	47.5	-0.50	满意	C	43.89	1.76	满意
159	北京德康莱健康安全科技股份有限公司	A	38.2	-0.72	满意	A	19.7	-0.51	满意	C	40.34	0.55	满意
160	江苏创新安全检测评价有限公司	A	43.6	1.04	满意	/	/	/	/	/	/	/	/
161	扬州市疾控预防控制中心	A	39.8	-0.20	满意	B	51.4	0.72	满意	/	/	/	/
162	苏州英柏检测技术有限公司	C	82.1	0.04	满意	C	46.7	-3.95	不满意	C	41.02	0.79	满意
163	红河州欣锐科技有限公司	/	/	/	/	B	34.2	-4.67	不满意	A	3.55	-0.66	满意
164	浙江省疾病预防控制中心	A	39.0	-0.46	满意	A	20.3	0.00	满意	A	3.20	-0.82	满意
165	江苏泰洁检测技术股份有限公司	A	40.6	0.07	满意	B	47.0	-0.66	满意	A	9.68	2.25	可疑
166	佛山市诺瓦安评检测有限公司	A	68.7	9.20	不满意	A	20.6	0.25	满意	B	25.02	2.53	可疑
167	芜湖同力安全环保技术有限公司	/	/	/	/	B	47.1	-0.63	满意	C	40.38	0.57	满意
168	国家安全生产监督管理总局北戴河职业病防治院	A	36.9	-1.14	满意	C	73.0	1.14	满意	/	/	/	/
169	天津市天欧正安检测技术有限公司	B	68.9	-0.07	满意	C	64.3	-0.54	满意	B	18.65	-0.06	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
170	南京市疾病预防控制中心	A	40.4	0.00	满意	A	20.2	-0.08	满意	/	/	/	/
171	浙江迪泰检测技术有限公司	C	83.4	0.27	满意	B	49.1	0.00	满意	C	39.08	0.13	满意
172	黑龙江安龙职业安全检测评价有限公司	C	81.0	-0.16	满意	B	41.8	-2.29	可疑	/	/	/	/
173	江苏宁大卫防检测技术有限公司	B	102	9.38	不满意	C	74.8	1.49	满意	C	50.78	4.11	不满意
174	上海欧萨评价咨询股份有限公司	C	70.8	-1.97	满意	C	76.5	1.82	满意	/	/	/	/
175	天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究	B	75.1	1.70	满意	C	70.3	0.62	满意	/	/	/	/
176	江苏安泰安全技术有限公司	B	66.5	-0.76	满意	A	21.4	0.93	满意	A	3.52	-0.67	满意
177	济南市疾病预防控制中心	B	62.5	-1.90	满意	B	50.4	0.41	满意	C	39.47	0.26	满意
178	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	/	/	/	/	B	28.4	-6.49	不满意	A	6.20	0.60	满意
179	江苏国恒安全评价咨询服务有限公司	B	70.7	0.44	满意	B	49.3	0.06	满意	C	41.66	1.00	满意
180	湖北省十堰市职业病防治院	B	70.2	0.30	满意	C	80.4	2.57	可疑	B	22.11	1.35	满意
181	浙江省医学科学院	B	69.5	0.10	满意	C	69.1	0.39	满意	A	4.76	-0.09	满意
182	湖北安鼎安全环保科技有限公司	/	/	/	/	C	63.4	-0.72	满意	C	41.02	0.79	满意
183	黄石科正安全环保技术有限公司	/	/	/	/	C	70.2	0.60	满意	A	3.00	-0.92	满意
184	长江航务管理局疾病预防控制中心	/	/	/	/	A	13.5	-5.73	不满意	/	/	/	/
185	天津市河西区疾病预防控制中心	A	40.9	0.16	满意	C	52.6	-2.80	可疑	C	36.38	-0.79	满意
186	湖北景深安全技术有限公司	C	79.0	-0.51	满意	C	66.0	-0.21	满意	A	3.46	-0.70	满意
187	新乡市职业病防治研究所	C	81.9	0.00	满意	C	65.3	-0.35	满意	C	41.14	0.83	满意
188	湖北新联测科技有限公司	A	44.4	1.30	满意	B	43.5	-1.76	满意	C	38.64	-0.02	满意

代 码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果均值 (%)	Z 比分数	结果 评定
189	广东科旭检测评价技术服务有限公司	A	45.4	1.63	满意	B	45.5	-1.13	满意	C	40.38	0.57	满意
190	重庆泉融职业卫生技术服务有限公司	A	40.9	0.16	满意	A	20.4	0.08	满意	C	40.48	0.60	满意
191	深圳市世和安全技术咨询有限公司	C	76.9	-0.89	满意	A	19.8	-0.42	满意	B	17.83	-0.39	满意
192	湖北寰安康华安全科技发展有限责任公司	A	39.6	-0.26	满意	C	71.4	0.83	满意	C	38.22	-0.17	满意
193	湖南省职业病防治院	B	39.1	-8.58	不满意	A	20.1	-0.17	满意	B	19.11	0.13	满意
194	江西省职业病防治研究院	A	38.5	-0.62	满意	B	45.1	-1.25	满意	C	41.56	0.97	满意
195	山东鼎安检测技术有限公司	A	40.1	-0.10	满意	B	49.8	0.22	满意	C	39.91	0.41	满意
196	江苏正大企业策划管理顾问有限公司	A	39.5	-0.29	满意	B	20.7	-8.91	不满意	C	29.56	-3.11	不满意
197	马鞍山市疾病预防控制中心	/	/	/	/	A	22.6	1.94	满意	C	38.45	-0.09	满意
198	湖北以勒科技有限公司	B	66.9	-0.64	满意	B	47.4	-0.53	满意	B	17.42	-0.56	满意
199	广东格林检测技术有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	C	40.94	0.76	满意
200	湖北纪安安全技术有限公司	A	39.4	-0.33	满意	C	65.0	-0.41	满意	/	/	/	/
201	无锡安诚检测科技有限公司	B	77.9	2.50	可疑	/	/	/	/	/	/	/	/
202	天津市静海区疾控预防控制中心	C	82.2	0.05	满意	B	46.4	-0.85	满意	A	6.31	0.65	满意
203	重庆惠能标普科技有限公司	C	88.6	1.19	满意	A	20.0	-0.25	满意	B	20.50	0.69	满意
204	天津铁路疾病预防控制中心	/	/	/	/	A	23.8	2.95	可疑	/	/	/	/
205	湖北祝安安全技术有限公司	/	/	/	/	A	20.6	0.25	满意	B	24.11	2.16	可疑
206	芜湖市疾病预防控制中心	/	/	/	/	B	48.7	-0.13	满意	A	7.73	1.32	满意
207	天津市河北区疾病预防控制中心	A	44.1	1.20	满意	C	69.4	0.44	满意	A	7.16	1.05	满意
208	宜昌恒康科技有限公司	C	74.8	-1.26	满意	B	38.9	-3.20	不满意	C	38.36	-0.12	满意

代 码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果均值 (%)	Z 比分数	结果 评定
209	武汉市石化医院	A	39.6	-0.26	满意	A	20.9	0.51	满意	C	34.04	-1.59	满意
210	恩施土家族苗族自治州疾病预防控制中心	/	/	/	/	B	46.6	-0.78	满意	/	/	/	/
211	吉林省安全生产检测检验股份有限公司	C	77.1	-0.85	满意	A	19.5	-0.67	满意	C	45.27	2.23	可疑
212	株洲市劳动卫生职业病防治中心	A	39.7	-0.23	满意	C	70.0	0.56	满意	/	/	/	/
213	浙江大正安全技术服务有限公司	C	77.3	-0.82	满意	C	86.4	3.73	不满意	A	4.08	-0.41	满意
214	四川创智惠通科技有限责任公司	B	61.7	-2.13	可疑	A	18.4	-1.60	满意	A	8.49	1.68	满意
215	贵州昊华工程技术有限公司	B	58.4	-3.07	不满意	C	69.3	0.43	满意	C	36.56	-0.73	满意
216	无锡市职业病研究所	B	81.4	3.50	不满意	B	52.2	0.97	满意	/	/	/	/
217	遵义市众拓职业卫生技术服务有限公司	/	/	/	/	C	62.1	-0.97	满意	C	40.31	0.54	满意
218	贵州省产品质量监督检验院	A	41.1	0.23	满意	B	49.7	0.19	满意	B	17.23	-0.64	满意
219	天津市南开区疾病预防控制中心	A	42.7	0.75	满意	B	47.9	-0.38	满意	/	/	/	/
220	贵州大学化工及环境研究测试中心	/	/	/	/	A	23.6	2.78	可疑	B	16.42	-0.97	满意
221	天津市德安圣保安全卫生评价监测有限公司	C	82.0	0.02	满意	C	35.6	-6.09	不满意	C	33.23	-1.86	满意
222	青岛顺昌检测评价有限公司	C	84.5	0.46	满意	B	16.6	-10.20	不满意	B	29.88	4.50	不满意
223	仙桃市疾病预防控制中心	/	/	/	/	B	49.1	0.00	满意	/	/	/	/
224	江苏省安全生产科学研究院	C	81.0	-0.16	满意	B	54.6	1.73	满意	A	4.42	-0.25	满意
225	巴州凯米克检测服务有限公司	B	69.6	0.13	满意	C	64.8	-0.44	满意	A	7.75	1.33	满意
226	贵州兴昌瑞实业发展有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	A	3.77	-0.55	满意
227	贵州铭城生态监测股份有限公司	/	/	/	/	A	22.0	1.43	满意	C	39.07	0.12	满意

代码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果(μg)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果均值(%)	Z 比分数	结果评定
228	广东中恒安检测评价有限公司	B	75.0	1.67	满意	B	47.5	-0.50	满意	B	16.02	-1.13	满意
229	黄石人福检测技术有限公司	C	91.7	1.74	满意	A	22.9	2.19	可疑	A	未反馈	/	/
230	贵州天安科技有限公司	/	/	/	/	A	16.9	-2.87	可疑	A	7.42	1.18	满意
231	福建合赢职业卫生评价有限公司	/	/	/	/	B	111	19.42	不满意	C	45.77	2.40	可疑
232	青海夏都职业健康监测评价有限责任公司	B	70.8	0.47	满意	A	20.7	0.34	满意	A	5.76	0.39	满意
233	天津市红桥区疾病预防控制中心	A	45.4	1.63	满意	B	90.9	13.11	不满意	C	38.03	-0.23	满意
234	武汉市华测检测技术有限公司	/	/	/	/	C	65.6	-0.29	满意	B	18.88	0.03	满意
235	贵州荣基安全科技有限责任公司	/	/	/	/	C	73.8	1.30	满意	C	38.67	-0.01	满意
236	北京市顺义区疾病预防控制中心	B	69.2	0.01	满意	/	/	/	/	/	/	/	/
237	贵州德瑞技术服务有限公司	/	/	/	/	B	48.4	-0.22	满意	C	38.32	-0.13	满意
238	广德县疾病预防控制中心	/	/	/	/	/	/	/	/	C	未反馈	/	/
239	江苏天宇检测技术有限公司	A	41.7	0.42	满意	C	72.1	0.97	满意	A	5.35	0.19	满意
240	中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	/	/	/	/	B	63.3	4.45	不满意	B	17.33	-0.60	满意
241	贵州省劳动保护科学技术研究院	A	未反馈	/	/	A	未反馈	/	/	A	3.04	-0.90	满意
242	贵州省黔东南鑫翔有色地质测试中心	/	/	/	/	/	/	/	/	A	3.01	-0.91	满意
243	杭州道宇检测技术有限公司	C	79.8	-0.37	满意	A	19.6	-0.59	满意	/	/	/	/
244	荆门市疾病预防控制中心	C	71.5	-1.85	满意	B	47.7	-0.44	满意	/	/	/	/
245	吉林省电力科学研究院有限公司	C	70.7	-1.99	满意	C	69.9	0.54	满意	C	31.42	-2.48	可疑
246	贵州江航环保科技有限公司	/	/	/	/	C	78.9	2.28	可疑	C	40.42	0.58	满意
247	苏州国环环境检测有限公司	A	39.8	-0.20	满意	A	18.6	-1.43	满意	A	8.01	1.45	满意

代 码	实验室名称	乙二醇				钠				二氧化硅			
		样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果 (μg)	Z 比分数	结果 评定	样品 水平	测定结果均值 (%)	Z 比分数	结果 评定
248	贵州明德工程咨询有限公司	/	/	/	/	C	84.2	3.31	不满意	B	16.25	-1.04	满意
249	广东金泰达安全科技有限公司	A	40.3	-0.03	满意	B	49.9	0.25	满意	A	5.54	0.28	满意
250	北京中职安康科技有限公司	B	42.5	-7.61	不满意	B	50.2	0.35	满意	A	2.81	-1.01	满意
251	荥阳市卫生防疫站	A	39.8	-0.20	满意	B	46.3	-0.88	满意	B	17.86	-0.38	满意
252	谷城县疾病预防控制中心	/	/	/	/	C	67.8	0.14	满意	/	/	/	/
253	贵州天骞质量技术检测中心有限公司	/	/	/	/	A	15.7	-3.88	不满意	A	2.96	-0.94	满意

备注：*该单位考核样 B 水平因样品量不足未开展检测，按照干扰样 D 水平的结果进行评判。